Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00644

V20 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Benzoate (acide benzoïque)

Sang



Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Intoxication au benzoate.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Synonyme	Acide benzoïque, benzoate, benzoïque, hippuric acid, hippurate
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Renseignements à fournir

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Quantité d'acide benzoïque reçue par kg et par jour

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium





Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Volume minimum

0.7 ml de plasma

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 min à 3600g. Décanter le plasma, volume minimum: 0.7 ml de plasma
Conservation	Conserver le plasma à -20°C
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique
Acheminement	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 73.8

