Catalogue des analyses - Laboratoire

Carboxyhémoglobine

Sang

Informations générales

Examen

But de l'analyse	L' hémoglobine totale, la methémoglobine, l'oxyhémoglobine et l'hémoglobine réduite sont mesurées en même temps.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang artériel • Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Eliminer immédiatement les bulles d'air après le prélèvement. Bien mélanger l'échantillon verticalement et horizontalement sans secouer (après avoir éliminé l'air). Ne pas laisser reposer l'échantillon, le mélanger à intervalle régulier. Ne pas casser le piston de la seringue. Enlever impérativement l'aiguille.

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Seringue à gazométrie NULL
Volume minimum	1.6 ml pour une seringue de gazométrie de 3 ml 0.6 ml pour une seringue de gazométrie de 1 ml

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Seringue à gazométrie NULL
Volume minimum	0.6 ml pour une seringue de gazométrie de 1 ml

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439

Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Analyseur	RapidPoint 500, Siemens Healthineers
Technique	Photométrie

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	37.8