Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00672

V18 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Chlorure**

Sang



### Informations générales

#### **Examen**

Ajout d'analyse

Cette analyse peut être ajoutée à une demande existante dans un délai

de 24 heures

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

**Spécialité** • Chimie clinique

**Prescription** 

Formulaire de demande Numéro de commande

999069 **Lien** 

010 - Chimie clinique - Sang

### Pré analytique

**Prélèvement** 

• Sang veineux

**Matériel standard** 

**Quantité** 

**Contenant** Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

**Quantité** 

**Contenant** Microtube 0.3 ml héparinate de lithium





Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

#### **Acheminement**

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24



# **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	<u>Chimie clinique</u>
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Potentiométrie indirecte
Analyseur	cobas 8000, Roche Diagnostics

# Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)

