Catalogue des analyses - Laboratoire

Créatine / guanidinoacétate

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Erreurs innées du métabolisme - Déficiences en créatine
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/mois
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	Créatine, GAA, guanidinoacetic acid

Prescription

Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement


Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 2.6 ml héparinate de lithium  Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum	100 µl de plasma

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant	15 min
Congelé	12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger durant 5 minutes, 3600 g. Décanter le plasma ; volume minimum : 0.10 ml de plasma.
Conservation	Congelation à -80°C.
Conditions d'acheminement	Envoi sur glace sèche ou neige carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	• LC-MS/MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF)	130.5