

Catalogue des analyses - Laboratoire

Préalbumine

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse

Cette analyse
peut être ajoutée à une demande existante dans un délai de 48 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 121

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter plasma (vol. min. 0.2 ml)

Conservation Conserver le plasma à 4°C si <48 h, à -20°C si >48h.

Conditions d'acheminement Envoyer le plasma à 4°C si <48 heures, sinon sur glace carbonique.

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24.

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Analyseur cobas 8000, Roche Diagnostics

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 17.9