



Catalogue des analyses - Laboratoire

# T3 totale

Sang

## Informations générales

### Examen


<b>Ajout d'analyse</b>	possible si sérothèque existante
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 44 121
<b>Horaire de réalisation</b>	24h/24
<b>Analyse accréditée</b>	OUI
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chimie clinique</li> </ul>
<b>Synonyme</b>	triiodothyronine totale
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<p><b>Numéro de commande</b> 999069</p> <p><b>Lien</b> <a href="#">010 - Chimie clinique - Sang</a></p>

## Pré analytique

### Prélèvement

<b>Nature</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sang veineux</li> </ul>
---------------	--

### Matériel standard

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	<p>Tube 4.9 ml sérum sans gel</p>  <p>Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990</p>

<b>Règle(s) si cumul avec d'autres analyses</b>	Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit
---	---

### Matériel pédiatrique

<b>Quantité</b>	1
<b>Contenant</b>	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

**Volume minimum** 1 microtube bien rempli  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses** Augmenter le nombre de microtubes

**Stabilité maximale avant analyse**

**Réfrigéré** 24h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation** Centrifuger et décanter le sérum :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

**Conservation** Conserver le sérum à 4°C ;  
si > 48 h, conserver à -20°C

**Conditions d'acheminement** A T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements** Réception des laboratoires

**Site** BH18-100

**Adresse** Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture de la réception** 24h/24

**Téléphone** 021 31 44 280

**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

<b>Prestataire</b>	Laboratoire de chimie clinique
<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Tube pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture du laboratoire</b>	24/24H
<b>Téléphone</b>	021 31 44 121
<b>Site web</b>	<a href="#">Chimie clinique</a>

### Résultats

<b>Délai de rendu</b>	< 8h
<b>Méthode analytique</b>	
<b>Principe de la méthode</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ECLIA</li></ul>
<b>Analyseur</b>	cobas e 801 / Roche Diagnostics

## Post analytique

### Conservation après examens

<b>Aliquote congelé</b>	3 mois
<b>Tarif</b>	
<b>Tarif (CHF)</b>	9.4