



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Thyroglobuline

Sang

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Mesure de la thyroglobuline par une méthode hautement sensible.  
Remarque: un test de recouvrement est réalisé d'office pour chaque échantillon, ce qui permet de révéler la plupart des interférences analytiques (anticorps anti-thyroglobuline, anticorps hétérophiles, etc.). Il est néanmoins recommandé de prescrire en parallèle à l'analyse de thyroglobuline un dosage des anticorps anti-thyroglobuline pour compléter le bilan biochimique.

---

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

---

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

---

#### Fréquence d'exécution

1x/semaine

---

#### Analyse accréditée

OUI

---

#### Spécialité

• Chimie clinique

---

#### Synonyme

Tg, thyréoglobuline

---

### Prescription

---

#### Formulaire de demande

#### Numéro de commande

999069

#### Lien

010 - Chimie clinique - Sang

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

### Matériel pédiatrique

#### Quantité

3

#### Contenant

Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

#### Volume minimum

3 microtubes bien remplis

#### Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Augmenter le nombre de microtubes

### Stabilité maximale avant envoi

#### Réfrigéré

24h

### Traitements du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Centrifuger et décanter le sérum :

- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

#### Conservation

A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C



**Conditions d'acheminement**

Envoyer le sérum à 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280

**Site web**

Réception des laboratoires 24/24



## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

**Téléphone** 021 31 44 121

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Résultats

**Délai de rendu** 1 semaine

### Méthode analytique

**Analyseur** Kryptor GOLD / ThermoFisher Scientific

**Technique** TRACE

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 an

### Tarif

**Tarif (CHF)** 39.6