



Catalogue des analyses - Laboratoire

Pipecolinsäure / Acide pipecolique

Plasma

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)
- Ne pas prélever le week-end (vendredi dès 16h à dimanche midi).

Informations générales

Examen

Renseignement téléphonique 021 314 42 80

Fréquence et/ou horaire d'exécution Lundi au vendredi

Spécialité • Externalisé

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
Lien
KISPI.AKCB.Selktives.Screening.Stoffwechsel

Pré analytique


Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Contenant(s) autre(s) Tube 2.6ml EDTA

Analytique

Prestataire

Prestataire	Réception des laboratoire
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV. Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.
Téléphone	021 31 44 280
Site web	<u>Externalisation</u>