



Catalogue des analyses - Laboratoire

CTD - SCREEN

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

Le test sert de complément à l'examen ANA (par immunofluorescence indirecte) pour exclure les auto-anticorps typiques qui se produisent dans la CTD (maladie du tissu conjonctif) (anticorps contre RNP, SS-A/B, centromère Cenp-B, Scl-70, Jo-1, fibrillarine, ARN Pol III, Rib-P, PM-Scl, PCNA, Mi-2, Sm et dsDNA par EIA).

Renseignement téléphonique

021 314 42 80

Fréquence d'exécution

1x/jour

Fréquence et/ou horaire d'exécution

du lundi au vendredi

Spécialité

- Externalisé

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[USZ - Immunologische Untersuchungen Autoantikörper](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml sérum sans gel



Monovette ISO bouchon ROUGE – N° commande : 998990

Contenant(s) autre(s) tube EDTA ou Héparine

Analytique

Prestataire

Prestataire Réception des laboratoire

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire ATTENTION: le weekend aucune analyse ne sera envoyée à l'extérieur du CHUV.
Les envois d'analyses externalisées sont pris en charge uniquement du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00.

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Externalisation](#)