



Catalogue des analyses - Laboratoire

Virus - Panel PCR

Selles

Informations générales

Examen

But de l'analyse

- Détection par PCR dans les Selles de Adenovirus, Astrovirus, Norovirus, Rotavirus, Sapovirus
- UN SEUL échantillon est suffisant par épisode infectieux.

Renseignement téléphonique

021 31 44 107

Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Virologie
- Microbiologique

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

743200

Lien

[151 - IMU - Examens microbiologiques](#)

Renseignements à fournir

Bon 151 recto - Selles - Cocher l'échantillon

Bon 151 verso - Affections gastrointestinales - Cocher Panel viral

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Selles

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Pot pour selles 30ml avec spatule bouchon à vis blanc



N° commande : 997242

Contenant(s) autre(s) Flacon para - pak - saf fixative + cuillère

Volume minimum 1/3 du tube pas plus

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses 1 seul échantillon (tube) est suffisant pour réaliser l'ensemble des analyses du bon IMU - 151.

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit

Traitements du prélèvement pour requérants externes

Conservation 4°C

Conditions d'acheminement Température ambiante, délai moins de 24h.

Acheminement

Conditions d'acheminement T° ambiante, dans une pochette kangourou, séparer l'échantillon du bon de demande.

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30



Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde
des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Méthode analytique

Principe de la méthode

- PCR en temps réel

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 10 jours

Tarif

Tarif (CHF) 215

Condition(s) spéciale(s) Les positions 3187.00, 3165.10 et 3007.10 sont appliquées