

## Catalogue des analyses - Radiologie

# IRM

## Informations générales

### Spécialité

- Imagerie par Résonance Magnétique (IRM)

### Attention

#### Contre-indications absolues :

- Pacemakers ou défibrillateurs non conditionnels
- Neurostimulateurs non conditionnels
- Pompe médicamenteuse (à retirer)
- Appareils auditifs (à retirer)
- Capteurs de glycémie (à retirer)
- Faux cils magnétiques
- Clips anévrysmal (avant 2000)
- Eclats métalliques dans les yeux

#### Contre-indications conditionnelles :

- Pacemakers ou défibrillateurs conditionnels : Procédure de demande d'IRM chez un patient hospitalisé porteur de pacemaker/défibrillateur IRM conditionnel  
- Renseignements préalables à fournir : Envoi d'une copie de la carte avec la marque + modèle du boîtier et numéros des électrodes / rendez-vous en coordination avec PRONTO-PM.
- Neurostimulateurs conditionnels : à certaines conditions.  
- Renseignements préalables à fournir : Envoi d'une copie de la carte avec la marque + modèle du boîtier et numéros des électrodes.
- Implant cochléaire : à certaines conditions. Envoi d'une copie de la carte
- Fixateur externe : à certaines conditions
- Claustrophobie : à voir avec le patient, IRM sous hypnose possible à organiser
- Patiente enceinte
- DVP : nécessite un réglage post-IRM
- Patches transdermiques
- Allergie aux produits de contraste gadolinés

## Examen

### Contact

Pour toutes questions de sécurité, veuillez nous contacter par e-mail : [rad.irm.secur@chuv.ch](mailto:rad.irm.secur@chuv.ch)

### Prise de rdv

Desk tél : 44 444 pour l'électif

Fax: 44 443



## Formulaire à utiliser

Questionnaire IRM de sécurité à remplir par le patient avant sa venue (disponible en plusieurs langues, sur demande)

### Inscrire

Nom, prénom, IPP

Région à examiner

Anamnèse

Signature du médecin demandeur / téléphone

Date

Allergie au Gadolinium

Contre-indications

Demande d'IRM sous hypnose

Demande d'IRM sous anesthésie générale

Clearance rénale

Mode de déplacement

## Acheminement

### Document

Bon THEO (génééré automatiquement puis à confirmer par l'unité d'hébergement)

## Fournisseur

### Identification

Radiodiagnostic - unité d'IRM

BH-07

PP 357

Tél.: 44 450

### Horaires

Rdv BH07

Lundi au Jeudi : 07H30-20H30

Vendredi : 7h30-17H00

### Administration de produit

Probable injection intraveineuse de Gadolinium pour rehausser le contraste des structures anatomiques. Sans complication connue. Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité au gadolinium.

Date de validation	Date de révision	Auteurs	Validateurs
28.03.2024	28.03.2025		