

Procédure de soin

Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac / Changement de réceptacle

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens
Tables y des entirentiques en CHUIV

<u>Tableau des antiseptiques au CHUV</u> <u>Tableau des désinfectants au CHUV</u>

Directive institutionnelle : <u>Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV</u> Directive institutionnelle : <u>Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)</u>

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : <u>Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des</u>

médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

<u> Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac</u>

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Boite de masques de soins
- 1 Lunettes de protection En cas de risque de projections
- 1 Blouse de protection En cas de risque de projections
- 1 Protection pour le lit Si nécessaire
- 1 Compresse(s) stérile(s)
- 1 Chlorhexidine alcoolique 2%
- 1 Pince de Péan





- 1 Récipient de Jackson Pratt® stérile Si changement de JP
- 1 Epingle à nourrice / Imperdable Si changement de JP, pour fixer le réceptacle, si nécessaire
- 1 Récipient de Manovac® stérile Si changement de Manovac®

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre l'équipement de protection si nécessaire (surblouse, lunettes, masque)
- Ouvrir le paquet de compresses et les imbiber d'antiseptique alcoolique à base de chlorhexidine 2%
- Clamper le drain avec la pince de Péan protégée par une compresse, pour éviter un retour des sérosités dans la plaie
- Mettre les gants non stériles
- Pour un Jackson Pratt® / Blake®
 - o Déconnecter le réceptacle du drain
 - o Désinfecter l'extrémité du drain à l'aide des compresses imbibées d'alcool
 - o Connecter le nouveau réceptacle au drain
 - o Déclamper la pince de Péan
 - o Rétablir l'aspiration sous-vide en comprimant le réceptacle
 - Refermer le bouchon du bec verseur avec l'autre main, tout en maintenant le vide
 - o Sécuriser le réceptacle à la chemise du patient

• Pour un Manovac®:

- o Déconnecter le réceptacle du drain
- o Désinfecter l'extrémité du drain à l'aide des compresses imbibées d'alcool
- o Comprimer le nouveau réceptacle et tout en le maintenant comprimé, le connecter au drain
- o Déclamper la pince de Péan
- Contrôler le maintien du vide
- Retirer dans l'ordre et si porté : les gants, les lunettes, le masque et la surblouse
- Numéroter les drains/réceptacles, si plusieurs présents

Finalisation du soin

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Mesurer la quantité de liquide obtenu et documenter le volume
- Evacuer le liquide dans le laveur/désinfecteur

Liens

Procédures de soins liées

<u> Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac</u>





Date de validation	Auteurs	Experts
04.10.2019	Marco Reis de Matos, Infirmier Johanna Zeilmaker, Infirmière spécialisée	Marine Ballif, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV

