

Procédure de soin

Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac / Vidange du drain

Adulte

Généralités

Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains
Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCi)
REFMED
Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV
Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : <u>Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV</u> Directive institutionnelle : <u>Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP)</u>

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : <u>Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des</u>

médicaments

L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.

Contexte

<u> Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac</u>

Technique de soin

Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Boite de masques de soins
- 1 Lunettes de protection En cas de risque de projections
- 1 Blouse de protection En cas de risque de projections
- 1 Protection pour le lit Si nécessaire
- 1 Compresse(s) stérile(s)
- 1 Chlorhexidine alcoolique 2%
- 1 Pot gradué ou bassin réniforme





- 1 Pince de Péan Si vidange du Manovac®
- 1 Epingle à nourrice / Imperdable pour fixer le réceptacle Jackson Pratt/Blake, Si nécessaire

Déroulement du soin

Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée d'alcool (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre l'équipement de protection si nécessaire (surblouse, lunettes, masque)
- Imprégner les compresses stériles d'antiseptique
- Mettre une paire de gants non stériles
- Pour un Jackson Pratt® / Blake®
 - Ouvrir le bouchon du réceptacle Jackson Pratt/Blake et vider le contenu dans un pot gradué propre sans toucher le rebord pour éviter la contamination
 - o Comprimer le réceptacle pour vider le liquide
 - o Désinfecter le « bec verseur » à l'aide d'une compresse stérile imprégnée d'antiseptique
 - Rétablir l'aspiration sous-vide en comprimant le réceptacle à plat
 - Refermer le bouchon du réceptacle avec l'autre main, tout en le gardant comprimé à plat
 - Retirer dans l'ordre et si porté : les gants, les lunettes, le masque et la surblouse
 - o Sécuriser le réceptacle à la chemise du patient

· Pour un Manovac®:

- o Clamper le drain avec le pince Péan protégé par une compresse
- Déconnecter le drain du réceptacle
- o Vider le contenu dans un pot gradué propre ou bassin réniforme en comprimant l'accordéon
- o Désinfecter l'extrémité du drain et du récipient avec des compresses imbibées d'alcool
- Rétablir l'aspiration sous-vide en comprimant le réceptacle accordéon à plat
- o Réinsérer le drain environ 1 cm dans l'extrémité du Manovac® tout en le gardant comprimé à plat
- Déclamper le drain
- Retirer dans l'ordre et si porté : les gants, les lunettes, le masque et la surblouse
- Attention! ne jamais attacher les drains au sous-vêtements ou au pantalon du patient

Finalisation du soin

Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Mettre une paire de gants non stériles
- Mesurer la quantité de liquide obtenu et documenter le volume
- Evacuer le liquide dans le laveur/désinfecteur

Liens

Procédures de soins liées

Drain Jackson Pratt - Blake - Manovac





Date de validation	Auteurs	Experts
04.10.2019	Marco Reis de Matos, Infirmier Johanna Zeilmaker, Infirmière spécialisée	Marine Ballif, ICLS Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV

